

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: จัดซื้อที่นอนลมแบบไฟฟ้า โครงการสนับสนุนที่นอนลมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้มีแนวโน้มจะพิการ ประจำปี ๒๕๕๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๓๗๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้าน-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย ๑๑,๐๐๐.- บาท/ชุด
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัดชีวภาพ แลบบอราทอรี เลขที่ ๘๘/๘๒-๘๓ หมู่ที่ ๒๑ หมู่บ้านพิมานธานีหนองโคตร ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 - ๔.๒ บริษัทอินโน ไพร้ม (ไทยแลนด์) จำกัด ๑๒ ซ.ศุภฤกษ์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 - ๔.๓ บริษัท ดาต้าสโคป เอจี จำกัด ๑๓๕/๒ ถนนประชากรราษฎร์ ๒ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายพุทธาสมัตติไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเขว้ารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวแดง ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นางลัดดาวรรณ เบาลิ้นเที่ยะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ชัยภูมิ กรรมการ
 - ๕.๓ นางอังคณา พรประไพ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลชัยภูมิ กรรมการ
 - ๕.๔ นางสาวปรีร์รัมย์เตื่อยโยชน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.ชัยภูมิ กรรมการ
 - ๕.๕ นางสาววรรรณ สืบนุกาวัฒนา นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลภูเขียว กรรมการ

จัดซื้อที่นอนลมแบบไฟฟ้าตามโครงการสนับสนุนที่นอนลมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และผู้มีแนวโน้มจะพิการ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 จำนวน 125 ชุดๆ ละ 11,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,375,000.- บาท (-หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะที่นอนลมแบบไฟฟ้า

1. คุณลักษณะเฉพาะของตัวเครื่องปั๊มลม

1. วัสดุทำจากพลาสติกเหนียว ป้องกันไฟดูดและไม่ใช่สื่อนำไฟฟ้า
2. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์/ 50 เฮิร์ตซ์
3. มีสวิทช์ปิด - เปิด และสัญญาณไฟแสดงการทำงานของเครื่อง
4. มีปุ่มปรับความดันลูกลม เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว ปรับได้ตั้งแต่ 40-100 มิลลิเมตรปรอท
5. การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ โดยการเปลี่ยนความดันลูกลมเป็น 2 จังหวะ
6. มีระบบลมเป่าเข้าไปในแต่ละเซลล์นาน ไม่น้อยกว่า 9 นาที สลับแถววันแถว
7. ตัวเครื่องปั๊มลมมีน้ำหนัก ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม
8. รับประกันคุณภาพตัวเครื่องปั๊มลม 3 ปี

2. คุณลักษณะเฉพาะของตัวที่นอนลม

1. ตัวที่นอนทำด้วยวัสดุที่มีความคงทนเป็นพิเศษ เช่น วัสดุไนลอนเคลือบพีวีซี หรือพลาสติกที่มีความคงทนสูง ช่วยลดการสูญเสียลมจากตัวที่นอน ป้องกันน้ำและสามารถระบายความอับชื้นได้ดี
 2. ประกอบด้วยลูกลม จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ลูก วางเรียงกันตามแนวขวาง สามารถถอดเปลี่ยนลูกลมแต่ละลูกได้ และมีลูกลมสำรองให้ จำนวน 1 ลูกหรือมากกว่า
 3. ขนาดที่นอนลม กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 189 ซม.
 4. รองรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม
 5. มีระบบช่วยระบายลมออกจากที่นอนอย่างรวดเร็ว (CPR Release) ในกรณีต้องทำกายภาพบำบัด หรือใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจกับผู้ป่วย
 6. รับประกันคุณภาพผืนที่นอน 1 ปี
3. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 1 ชุด